2.2.25. АБСОРБЦІЙНА СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ В УЛЬТРАФІОЛЕТОВІЙ І ВИДИМІЙ ОБЛАСТЯХ

N

ПОХІДНА СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ

Тест на роздільну здатність для похідної спектрофотометрії. Для успішного проходження зазначеного вище тесту може знадобитися встановлення інструментальних характеристик, які відмінні від тих, що зазвичай використовуються виробником приладу поза вибором або саме в методиці ідентифікації. Якщо немає інших зазначень, то рекомендується використовувати шаг відбору даних 0.2 нм або менше. Зазвичай такий шаг відбору даних, а також ширина спектральної щілини в діапазоні 0.1–1 нм достатні для проходження тесту.

ПРОЕКТ